

AIH

(artificial insemination with husband's semen:配偶者間人工授精)

①OPE室内に患者様が入室したら、症例確認を行う

- ・調整精液を持ってOPE室へ入室し、患者カルテとスピッツの名前が同一であるか確認する。
- ・患者に名前と生年月日を言ってもらい、カルテと相違ないか確認する。
- ・患者自身にスピッツを見せ、書かれている名前が間違いないか確認してもらう。

②Dr. の入室までラボで待機

- ・症例確認が終わった後、スピッツはインキュベータには戻さず、クリーンベンチ内に立て、待機する。

③調整後精液をAIHキャスに吸う

- ・精液を吸う前にシリンジを何度か動かし、なめらかに動くようにする。
- ・シリンジに0.05mlまでエアーを吸ってから、調整後精液を全量吸いきる。
- ・全量吸いきったら、カテーテル先端に2cmくらいのエアーを吸い、かるくキャップに戻す。

④AIHの施行

- ・精液を吸ったAIHキャスと空スピッツを持ってOPE室へ入室し、Dr. 横で待機。
- ・指示が出たらAIHキャスをDr. に渡す。この時Dr. に空スピッツを見せ、目視で患者名を確認してもらう。

⑤AIH後の片づけ

- ・施行後のAIHキャスを受け取ってからラボへ戻る。
- ・AIHキャスとスピッツを速やかに破棄し、クリーンベンチ内をアルコールで拭きあげる。

【調整後精液の充填】

